

# 资阳市疾病预防控制中心 温湿度监测设备校准计划

## 一、校准依据

《药品经营质量管理规范》及附录

## 二、校准要求

根据《药品经营质量管理规范》及相关附录的规定，监测系统温湿度测量设备的最大允许误差应当符合以下要求：

- （一）测量范围在  $0^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$  之间，温度的最大允许误差为  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ；
- （二）测量范围在  $-25^{\circ}\text{C}\sim 0^{\circ}\text{C}$  之间，温度的最大允许误差为  $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ ；
- （三）相对湿度的最大允许误差为  $\pm 5\% \text{RH}$ 。

## 三、校准类型：定期校准

## 四、校准内容

本次校准包括冷库监测探头以及冷车监测探头。

4.1 监测系统校准的项目至少包括：

## 五、校准时间计划

校准对象	校准数量（个）	计划开始时间
冷藏库监测探头	3 个	2022/12
冷藏车监测探头	2 个	

## 六、校准证书

数据确认后出具校准证书，若误差不在允许范围内，需要纠偏校准

## 七、再验周期

1、在一般情况下每年定期校准一次；